

„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

tel. (0-89) 751 25 02, faks (0-89) 751 37 97, e-mail: szpital@post.pl, 2800361@zoz.org.pl

Krajowy Rejestr Sądowy 499, Rejestr ZOZ 2800361, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362

Kętrzyn, dnia 06.11.2017 r.

Nr sprawy: 43/PP/2017

11-400 Kętrzyn, ul. M. C. Skłodowskiej 2
Tel. 89 751 25 02, Fax 89 751 37 97
REGON 510929362, NIP 742-183-60-30
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 499
REJESTR ZOZ 2800361
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

**Tablica ogłoszeń /
Strona internetowa**

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa urządzeń i materiałów w zakresie ginekologii i położnictwa do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak postępowania 43/PP/2017, Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytania ofertowego o następującej treści:

Pytanie/Wniosek 1:

Do pakietu nr I, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu o następujących właściwościach:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy - korekcja rectocele. Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego, czteroramienny. Parametry techniczne – wymiary: 9 x 37 cm, gramatura: 39 g/m² +/- 3, wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20um, wytrzymałość: 20N/cm, grubość siatki: 0,38 mm W zestawie znajduje się specjalnie zaprojektowane narzędzie jednorazowego użytku do implantacji siatki.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z Pakietu nt I.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

Pytanie/Wniosek 2:

Do pakietu nr I, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu o następujących właściwościach:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy - korekcja cystocele. Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego, czteroramienny, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi równomierne rozmieszczenie. Parametry techniczne - wymiary: 7,5 cm x 60 cm, gramatura: 39 g/m², wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20um, wytrzymałość: 20N/cm. W zestawie znajdują się 4 narzędzia jednorazowego użytku (2 anterior + 2 posterior).

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z Pakietu nt I.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie powyżej opisanego produktu.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

dr n. med. Aleksztof Tytmin

.....
(podpis Zamawiającego)