

„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
tel. (0-89) 751 25 02, faks (0-89) 751 37 97, e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl
Krajowy Rejestr Sądowy 499, Księga Rejestrowa 000000015349, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362

Kętrzyn, dnia 02.02.2026 r.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 25 02, fax 89 751 37 97
REGON 510929362, NIP 742-18-36-030
KSIĘGA REJESTROWA 000000015349
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

**Dyrektor/
Strona internetowa/
Wykonawcy**

Nr sprawy: 07/PP/2026

Wyjaśnienia nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania pt. **"Dostawa odczynników do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Szpitala Powiatowego w Kętrzynie wraz z dzierżawą sprzętu"** znak postępowania **07/PP/2026**, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

„ dot. PAKIET NR 3. KRWINKI WZORCOWE, MIKROKARTY, materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania badań metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach wraz z dzierżawą podstawowego sprzętu. ”

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi jest oprogramowanie Delphyn produkcji GPI Iberia (Hemasoft)?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający potwierdza, że oprogramowanie do obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi jest oprogramowanie Delphyn produkcji GPI Iberia (Hemasoft).

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że oferowane OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE do kompletnej obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma umożliwiać wydruk kompletnej wyników badań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi, bez konieczności integracji oprogramowania z systemami zewnętrznymi w szczególności w zakresie odbierania zleceń, przekazywania wyników, elektronicznego podpisywania wyników, wymiana danych z repozytorium EDM, zamawiania składników krwi, zlecenia badań konsultacyjnych?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający potwierdza, że oferowane oprogramowanie komputerowe do obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma umożliwiać wydruk kompletnej wyników badań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi, bez konieczności integracji oprogramowania z systemami zewnętrznymi w szczególności w zakresie odbierania zleceń, przekazywania wyników, elektronicznego podpisywania wyników, wymiana danych z repozytorium EDM, zamawiania składników krwi, zlecenia badań konsultacyjnych.

„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
tel. (0-89) 751 25 02, faks (0-89) 751 37 97, e-mail:sekretariat@szpital-ketrzyn.pl
Krajowy Rejestr Sądowy 499, Księga Rejestrowa 000000015349, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odstąpi od konieczności aktualizacji do obowiązujących przepisów oferowanego OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO do kompletnej obsługi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi w sytuacji, gdy okaże się to technicznie niemożliwe?

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowania w poz. 14 formularza cenowego nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów będących wyrobem medycznym ze stawką VAT 8%?

Odpowiedź nr 4.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5:

Prosimy o doprecyzowanie, że wymóg posiadania Deklaracji Zgodności oraz wpisów - zgłoszeń do Rejestru Wyrobów Medycznych nie dotyczy oferowanego asortymentu, który z uwagi na jego przeznaczenie nie został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro (IVD), tj. w szczególności wyrobów ogólnolaboratoryjnych jak np. końcówki do pipet?

Odpowiedź nr 5.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z treścią parametrów jakościowo-technicznych „Wymagane są dostawy odczynników (zgodnie z harmonogramem) transportem monitorowanym pod względem temperatury, w trakcie transportu (krwinki wzorcowe 2-8 st. C, mikrokarty 18-25 st. C)”, Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 oczekuje dostaw całości asortymentu zgodnie z harmonogramem dostaw na dany rok z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych na cito do 5 dni roboczych?

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu urządzeń w terminie nie później niż 14 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź nr 7.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu urządzeń w terminie nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wirówki awaryjnej/zastępczej, Zamawiający dopuści wirówkę z panelem sterującym bez wyświetlacza, a wyposażonego w przyciski funkcyjne start, stop/open oraz diody power, ready oraz alarm?

Odpowiedź nr 8.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 41-400 Kętrzyn
tel. (0-89) 751 25 02, faks (0-89) 751 37 97, e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl
Krajowy Rejestr Sądowy 499, Księga Rejestrowa 000000015349, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362

Pytanie nr 9:

Prosimy o doprecyzowanie czy w opisie przedmiotu zamówienia wkradł się błąd i jako wirówki awaryjnej/zastępczej Zamawiający wymaga wirówki na maksimum 6 kart?

Odpowiedź nr 9.

Zamawiający wymaga wirówki awaryjnej/zastępczej na minimum 6 kart, zgodnie z *Załącznikiem 2a*
- *Parametry graniczne.*

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych nakłuwaczy, które wciska się w probówkę typu Tube segment opener produkcji Sarstedt przeznaczone do probówek o ϕ wewnętrznej 10mm?

Odpowiedź nr 10.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Wojciech Glinka

.....
Podpis Zamawiającego

