



**„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”**

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

tel. (0-89) 751 25 02, fax: (0-89) 751 37 97, e-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Krajowy Rejestr Sądowy 499, Księga Rejestrowa 000000015349, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362

Kętrzyn, dnia 11.08.2022 r.

**Nr sprawy: 24/PP/2022**

Szpital Powiatowy w Kętrzynie  
ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn  
Tel. 89 751 25 02, fax 89 751 37 97  
REGON 510929362, NIP 742-18-36-030  
KSIĘGA REJESTROWA 000000015349  
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

**Strona internetowa/  
Wykonawcy**

## Wyjaśnienia nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania pt. „Dostawa papieru do KTG / EKG, elektrod do EKG i żelu do USG do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak postępowania 24/PP/2022, prowadzonego z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 tys. zł. Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

### Pytanie nr 1:

Pozycja nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 4 papieru do KTG model L8 o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek.

### Odpowiedź nr 1.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie nr 2:

Pozycja nr 5

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 5 papieru do KTG Corometrics 151 o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek.

### Odpowiedź nr 2.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie nr 3:

Pozycja nr 8

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 8 elektrod EKG żelowanych jednorazowego użytku dla dorosłych, op. – 50 szt., o rozmiarze 44 x 30 mm.

### Odpowiedź nr 3.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie nr 4:

Pozycja nr 8

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 8 elektrod EKG żelowanych jednorazowego użytku dla dorosłych, op. – 50 szt., o rozmiarze 40 x 36 mm.

### Odpowiedź nr 4.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### Pytanie nr 5:

Załącznik nr 2 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier nieoryginalny, w pełni kompatybilny z aparatem Lifepack?

### Odpowiedź nr 5.

Zamawiający nie wyraża zgody, aparat Lifepack jest w okresie gwarancji.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Formularz asortymenowo-cenowy.

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

..... Wojciech Glinka .....

Z poważaniem