

Kętrzyn, dnia 17.11.2023 r.

Zamawiający:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Ul. M. C. Skłodowskiej 2,
11-400 Kętrzyn

**Platforma zakupowa/
Strona internetowa**

Wyjaśnienia nr 3 do SWZ

Dotyczy: „Dostawa asortymentu do chirurgicznego szycia i zamykania ran do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” Znak postępowania: 37/TP/2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%) w poz. 4,5,6,7,11 bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź 1.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 2:

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź 2.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 3:

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź 3.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 2, poz. 19, 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego.

Odpowiedź 4.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 5:

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-16

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści monofilament syntetyczny polidiodksanon długowchłaniający 180-210 dni z igłą, siła podtrzymywania 75% po 14 dniach?

Odpowiedź 5:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 6:

Dot. Pakietu nr 3, poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej z tnącym ostrzem (przyostrzoną).

Odpowiedź 6:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 7:

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści nić wchłaniającą, monofilamentową, kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 40%, 5% po 28 dniach, wchłanianie 90-120 dni?

Odpowiedź 7:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 8:

Dot. Pakietu nr 5, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odpowiedź 8:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 9:

Dot. Pakietu nr 5, poz. 23-25

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie złożenia oferty na Pakiet nr 5 z pominięciem w/w pozycji.

Odpowiedź 9:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie 10:

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści jedwab naturalny, pleciony, powleakny silikonem?

Odpowiedź 10:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 17.11.2023 nr: 2023/BZP 00498873/01
2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
3. Zmiana Terminu związania ofertą.

Zamawiający informuje, że zmiane ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 21.11.2023 r. o godz. 9⁰⁰.

Termin otwarcia ofert: 21.11.2023 r. godz. 9³⁰.

Termin związania ofertą do: 20.12.2023 r.

.....
(Kierownik Zamawiającego)